

采购需求书

用途：主要用于口腔检查和牙体预备、修复体粘接等，以及牙周手术、种植体手术等治疗，能够清晰观察牙体、牙周和修复体情况，适用于精细修复、种植体治疗等。

参数要求：

1、主镜部份

1.1、高品质光学双目镜筒。

1.2、开普勒设计。

▲1.3、放大倍数 3-5 倍可选。

1.4、镜筒倾斜角度可调。

1.5、视野范围 40-100mm。

▲1.6、工作距离：300、350、400、450、550mm 可选。

2、镜架部份

▲2.1、钛质，质量轻，坚固耐用。

2.2、有大、中、小型号可选。

2.3、有头戴固定装置。

配置清单要求（单台）

- 1 头戴式放大镜和支架 1 套
- 2 镜头保护盖 1 套
- 3 可灭菌的接触防护装置 1 套
- 4 六角扳手 1 套
- 5 光学擦镜布 1 套