

用户需求书

一、主要参数

1. 功率输出： 单支输出激光功率： $1\text{mw} < p \leq 50\text{mw}$
2. 激光波长： $650\text{nm} \pm 20\text{nm}$
3. 通 道： 双路输出
4. 输出方式： 采用光纤导光头
5. 定时控制：激光照射治疗仪有定时控制功能，每增加 5 分钟为一档，共六档，误差是 5 分钟 $\pm$ 1 分钟，定时结束后应能切断激光输出。
6. 激光输出强度控制：激光照射治疗仪有照射强度控制功能，每增加一档，单支激光功率。增加约 3mw，误差是 $\pm$ 20%，共十档，最大输出激光功率为 50mw。
7. 耗材要求：必须在广东省药品电子交易平台交易并且不高于联盟区限价。
8. 耗材：激光治疗头罩壳，最高限价： 60 元/付。
9. 配置要求：

序号	名称	单位	数量
1	主机壳体	套	1
2	充电电源适配器	台	1
3	激光治疗头电缆	根	2
4	熔断器	支	2
5	万向摇臂支架	把	2
6	蓄电池	块	1
7	参数显示电路部件	套	1
8	激光控制电路部件	套	1
9	充放电管理电路部件	套	1

10. 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。