采购需求书

按国家相关规范要求，损伤性医疗废物必须使用利器盒进行收集、盛装和转运，为满足临床科室需求，采购不同规格、不同形状的利器盒供科室合理选用。利器盒的参数应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的相关要求：

★(1).利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；

★(2).利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；

(3).满盛装量的利器盒从 1.5m 高处垂直跌落至水泥地面，连续 3 次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

★(4).利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；

★(5).利器盒整体颜色为黄色或淡黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”等警示字样；

★(6).利器盒上应印制医疗废物警示标识；

(7).利器盒上有使用部门、使用日期等填写项，并有盛装上限标记。

货物清单：

序号	品名	规格	单位	数量	单价最高限价（元）
1	塑料利器盒	1L	个	62	2.5
2	塑料利器盒	2L	个	185	3.1
3	塑料利器盒	3L	个	191	3.8
4	塑料利器盒	5L	个	1412	4.8
5	塑料利器盒	8L	个	1184	7.3
6	塑料利器盒	15L	个	1742	12.5
7	塑料利器盒	25L	个	28	28

★响应供应商在寄送纸质报价资料时须提供符合参数要求的样板（规格为 8L）一个。

商务需求

一）、交货期及安装要求

1、地点：中山市小榄人民医院

中标后三十个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后按需供货（不超出约定数量和单价）。

2、★未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

4、★要求供应商在提供第三方出具的检测报告（检测项目应至少包括利器盒颜色、材质、封口性能、跌落性能及外观）。

5、★本项目自合同签订之日起，接到下单通知后按需送货，结算时以实际发生量为准（不超出约定数量和单价）。

6、★合同签订后，中标人分四批供货，按采购人确认后每两周供货；合同无预付款，每批次定货无预付款。

二）、保修期及售后服务要求

1、中标人必须在 广东省内 有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2、投标人所提供的货物是全新、未曾使用过的产品，其质量、规格、性能完全符合用户需求。投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3、货物如不符合国家的有关质量标准或进货渠道不正规，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求中标人无条件免费退换货物，退换期限为 7 个工作日内，由此产生的一切费用均由中标人承担。

表 2

样板图片